

## ПОЛИТИКА ПО ПЕРЕХОДУ ПОВЕРОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ К АККРЕДИТАЦИИ НА СООТВЕТСТВИЕ СТБ ИСО/МЭК 17025-2007

Настоящий документ определяет политику Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный центр аккредитации" (далее - БГЦА), направленную на внедрение в качестве критерия аккредитации лабораторий, выполняющих поверку средств измерений, документ СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».

1. Настоящая политика разработана с целью применения гармонизированных международных стандартов.
2. Для успешного внедрения СТБ ИСО/МЭК 17025 лабораториями (аккредитованными субъектами и заявителями на аккредитацию), осуществляющими поверку средств измерений, БГЦА обеспечивает следующее:
  - 2.1. Иницирует разработку (или внесение изменений) НПА и ТНПА Национальной системы аккредитации, Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, системы обеспечения единства измерений Республики Беларусь регламентирующих требования к оценке компетентности заявителей на аккредитацию.
  - 2.2. Незамедлительно информирует все заинтересованные стороны о внедрении СТБ ИСО/МЭК 17025 для лабораторий, выполняющих поверку средств измерений.
  - 2.3. В отношении тех лабораторий, которые в настоящее время аккредитованы для выполнения поверки средств измерений, оценка их соответствия новым критериям аккредитации будет выполняться БГЦА в плановом порядке: при повторной аккредитации, периодической оценке компетентности, аккредитации в дополнительной области аккредитации.
  - 2.4. С момента выдачи аттестата аккредитации на соответствие СТБ ИСО/МЭК 17025 лабораториям, осуществляющим поверку средств измерений, данные лаборатории будут классифицироваться как калибровочные лаборатории с возможностью выдачи результатов калибровок в соответствии с п.5.10 ИСО/МЭК 17025 и ТКП 8.003-2011 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Поверка средств измерений. Правила проведения работ».
  - 2.5. БГЦА прекращает прием заявок на аккредитацию на соответствие СТБ 941.3 с даты **официального опубликования данной политики.**

3. Лабораториям, выполняющим поверку средств измерений:
  - 3.1. Организовать обучение специалистов, выполняющих поверку, требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.
  - 3.2. Внести соответствующие изменения в документы системы менеджмента и проинформировать БГЦА о соответствии лаборатории требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025.
  - 3.3. Представить в БГЦА **не позднее 31.05.2018** заявки на проведение работ по аккредитации с комплектом документов.
4. Все работы по внедрению СТБ ИСО/МЭК 17025 и документов с ним связанных в качестве критерия аккредитации для лабораторий, выполняющих поверку средств измерений, должны быть завершены **до 31.07.2018**. С **01.08.2018** действие всех аттестатов аккредитации, подтверждающих компетентность поверочных лабораторий на соответствие требованиям СТБ 941.3-93, считается недействительным.